心率呼吸监护带（WiFi版）

—— 安装调试使用说明 ——




LonBon 来邦

一、安装调试

心率呼吸监护带铺设在床单下方。产品通过专业传感器多维度采集长者的生理参数，包括心率、呼吸、体动等数据，实时上报至后台，并且通过算法实时分析，出现异常能立即自动报警，提醒护理人员及时处理。

心率呼吸监护带


① 控制盒磁盖
② USB电源接口
③ 指示灯
④ 控制盒主机
⑤ 传感带





1、产品安装图


⑴ 揭开控制盒磁盖，在床垫上铺好心率呼吸监护带（躺下后位于胸腹部位置），盖好床单。


⑵ 盖上磁盖，并接通电源。可看到指示灯显示绿灯1秒后熄灭，开机成功。













可弯折区间在床沿的正确摆放位置


2、正确铺设方法




正确铺设位置



错误铺设位置
（太靠近枕头和腰部）



正确铺设位置
（铺设在床单与床垫中间）



错误铺设位置
（睡眠检测器直接铺设在床单上面）

二、使用说明

1、注意事项

⑴ 一张床只能安装一个心率呼吸监护带，且只能监测一人。
⑵ 本产品并不是医疗设备或者防猝死设备，使用者不应该完全依赖而忽略对长者的照顾。
⑶ 此产品不适用于戴心脏起搏器的人群！
⑷ 使用此产品时，应保证床表面平坦稳固；请勿在检测器上方放置凉席，否则会导致监测不准确。

2、调试说明

⑴ 心率呼吸监护带正常工作后，打开“机构养老”/“社区养老”App，进入“长者房间设备绑定”界面，选择任一房间进入绑定设备（若无房间，请先在机构养老综合管理平台上添加一个房间）；
⑵ 下拉到床位设备，点击“请选择设备绑定”，在心率呼吸监护带里点击“去绑定”，将手机尽量靠近心率呼吸监护带的控制盒，点击App上的“绑定”按钮，选择最强的信号录入床垫，并填写WiFi信息和信息交互服务器的IP地址。
点击下方的“保存并提交”按钮，完成心率呼吸监护带（WiFi版）的绑定。

三、技术参数

工作电压：	5V	通信方式：	WiFi
监测技术：	压电	传感带尺寸：	830×45×1.5mm
离床监测：	支持	体动判断：	支持